



Ashcroft Instruments GmbH
 Max-Planck-Straße 1
 52499 Baesweiler

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die mit CE gekennzeichneten Produkte
declares in sole responsibility that the products marked with CE

Gerät: Plattenfedermanometer vom Typ P5500 / P6500 mit Membran
 Equipment: als elastisches Messglied
Diaphragm type pressure gauge Type P5500 / P6500 with diaphragm as an elastic measuring element

Kennzeichnung:
 Marking:



 II 2 GD c 95°C IP65
 TA = -20°C to +60°C

Herstellungsdatum: ab 20.04.2016
 Date of manufacture: from 20.04.2016

die grundlegenden Sicherheits- und Schutzanforderungen erfüllen, in Übereinstimmung mit den unten genannten Richtlinie und Normen. Die Konformitätsaussage bezieht sich auf die Konzeption und Fertigung der oben genannten Produkte.
the fundamental safety and protection requirements passed in accordance with the guideline and standards listed below. This declaration of conformity refers to the design and manufacture of the above products.

Richtlinie <i>Directive</i>	2014/34/EU „Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen“ <i>“equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres”</i>
Angewendete harmonisierte Normen <i>Used harmonized Standards</i>	EN 13463-1:2009, EN 13463-5:2011
Benannte Stelle <i>Notification Body</i>	Code number of notified Body: 0044 TÜV NORD CERT Langemarkstrasse 20, 45141 Essen, Germany
Hinterlegungsnummer: <i>Dossier File No.:</i>	8000395287

Baesweiler, den 11.04.2016
 Ort und Datum
Place and date



 Werksleiter
Operation Manager